入札説明書に関する質問への回答書

案件名：ケニア国気候変動への適応のための乾燥地耐性育種プロジェクト向け機材

本件入札説明書に関する質問と回答は以下の通りです。

公示番号：機－1212C－02	回答日：平成25年1月10日	調達部契約第二課長
質　問　事　項	回　答　内　容	備　　　考
質問1 アイテム１　圧力チャンバーの標準付属品：取扱説明書 「英文および和文、各1部」となっているが、Model 1000のメーカーは、和文の対応ができないとしている。英文のみでよいか。	回答1 いいえ。和文も供給願います。	
質問2 アイテム１　圧力チャンバーの特別付属品 CGC-G　コンプレッショングランドガスケットの穴径は？	回答2 φ1/4インチ（φ6.3mm）です。	
質問3 アイテム１　圧力チャンバーの特別付属品 CGC-C コンプレッショングランドガスケット 10とありますが、 製品の標準付属品として5セットあります。 標準付属品（5セット）とは別に、さらに10セット必要（合計15セット）ということでしょうか。	回答3 標準付属品（5セット）とは別に、さらに10セット必要（合計15セット）です。	
質問4 アイテム３　液化CO2ガスボンベ 本製品は25個入り/セットとなっています。 25個入り　300セット（合計7,500個）又は 25個入り　12セット（合計300個）のどちらの数量を用意すればよろしいでしょうか。	回答4 25個入り　12セット（合計300個）を供給して下さい。	
質問5 アイテム11　ノートブックコンピュータ 参考銘柄①　VersaPro J VJ24L/D-F　タイプVD OS: Windows 7 Professional 32bit インストール済みとあるが、本モデルのノートブックコンピュータに適応するOSは日本語版しかない。日本語版OSでよいか。	回答5 日本語版のOSでよいです。	
質問6 アイテム11　ノートブックコンピュータ 参考銘柄①　VersaPro J VJ24L/D-F　タイプVD 標準付属品：取扱説明書（英文および和文、各1部／台） メーカー（NEC）に確認したところ、国内仕様のため英文取扱説明書は用意していない旨の回答だった。和文のみでよいか。	回答6 和文のみを供給願います。	

質　問　事　項	回　答　内　容	備　　　考
質問7 アイテム11　ノートブックコンピュータ 参考銘柄②　ProBook 6570b/CT OS: Windows 7 Professional 32bit インストール済みとあるが、日本語版OSか、それとも英語版OSか？	回答7 日本語版のOSでよいです。	
質問8 アイテム16　マルチチャンネルピペット 参考銘柄①　（タイプB）：2-4636-22 特別付属品は、2-4876-02チップとなっているが、これは（タイプB）：2-4636-22のモデルには使えない。 本モデルに適応する2-4876-03チップ又は2-4876-04チップのどちらかに変更するか？	回答8　以下のように修正します。 タイプA：8チャンネル（2個） 容量範囲；0.5～10μl 最小可変容量；0.01μl チップ（消耗品）；0.1～10μl（2000本） チップ（消耗品）；0.5～20μl（2000本）（追加） タイプB：8チャンネル（2個） 容量範囲;10～100μl 最小可変容量；0.1μl ~~チップ（消耗品）；0.5～20μl（2000本）~~（取消し） ↓（変更） チップ（消耗品）；2～200μl（2000本） タイプC：追加、変更なし（機材仕様明細書のとおり） 参考銘柄① （タイプA）：2-4636-21 マルチチャンネルピペット　数量　2 特別付属品：2-4876-01 チップ：0.1～10μl　数量2000 2-4876-02 チップ：0.5～20μl　数量2000（追加） （タイプB）：2-4636-22 マルチチャンネルピペット　数量　2 特別付属品：~~2-4876-02 チップ：0.5～20μl　数量2000~~（取消し） ↓（変更） 2-4876-03 チップ：2～200μl　数量2000 （タイプC）：追加、変更なし（機材仕様明細書とおり） 参考銘柄② （タイプA）：3122000019 マルチチャンネルピペット　数量　2 特別付属品：0030000811 チップ：0.1～10μl　数量2000 0030000854 チップ：0.5～20μl　数量2000（追加） （タイプB）：3122000035 マルチチャンネルピペット　数量　2 特別付属品：~~0030000854 チップ：0.5～20μl　数量2000~~(取消し） ↓変更 0030000870 チップ：2～200μl　数量2000 （タイプC）：追加、変更なし（機材仕様明細書とおり）	

質　問　事　項	回　答　内　容	備　　　考
質問9 アイテム17　PCR装置 Vertu200 Verti96-wellは、0.2mLとなる。 0.02mLだと、Verti384-wellとなる。 どちらのモデルが正しいか。	回答9 Verti 96-well 0.2ml (Verti200)が正しいモデルです。	
質問10 アイテム19　ガラスビーズ滅菌器 参考銘柄②　SK31170　卓上型ガラスビーズ滅菌器　350型は、現在製造していない。また、このモデルは海外向けではなかった。 現在製造されている製品で要求仕様を満たすのはSKY350型モデルと思われるが、これでもよいか。	回答10 機材を240V仕様にしたため、メーカーがモデル名をSKY350型に変更しました。従ってSKY350型で応札可能です。	
質問11 アイテム23　立木材密度測定器 銘柄指定　ピロディン6Jフォレスト（標準セット）の取扱説明書 メーカーは和文取扱説明書の対応が不可とのこと。英文のみでよいか。	回答11 いいえ。和文も供給願います。	
質問12 アイテム24　立木強性測定器 銘柄指定　ツリーソニック　プラス（FAKOPP社製）の取扱説明書 メーカーは和文取扱説明書の対応が不可とのこと。英文のみでよいか。	回答12 いいえ。和文も供給願います。	
質問13 銘板について 英文品名、製造番号、製造年月日、使用電圧等を記載するとなっているが、全調達対象商品（フラスコ、ラボラトリーチューブ等）に該当するか。	回答13 銘板は全ての物品に必須ではありませんが、通常取り付ける機器類等には取り付けてください。 フラスコ、ラボラトリーチューブ等、個々に銘板を取り付けるものではない物品については、箱の外面や差し込みの説明書に書かれているのでも構いません。製造番号や製造年月日、使用電圧等がないものは、仕様書に書かれている規格であることがわかる記述があるものをご用意ください。	
質問14 銘板について 英文品名がなく日本語表示の場合、日本語での対応は可能でしょうか。	回答14 英文品名が印刷されたものがない場合は、箱の外面や差し込みの説明書でもかまいませんので、英文品名をご用意ください。 なお、製造年月日や仕様電圧等が日本語のものも英文をご用意ください。	